



Portaria Inmetro/Dimel n.º 0048, de 27 de março de 2015.
(11º Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel n.º 201/2002)

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea “g”, da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro,

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para instrumentos de pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 236/ 1994;

Considerando os termos da Portaria Inmetro/Dimel n.º 201, de 06 de novembro de 2002, que aprova os modelos 2254FLC/1, 2254FLC/2 e 2254FLC/3, de instrumento de pesagem não automático, marca TOLEDO, e seus aditivos; e

Considerando o constante do processo Inmetro n.º 52600.050885/2014 e do sistema Orquestra n.º 364907, resolve:

Art. 1º - Dar nova redação ao subitem 1.5 da Portaria Inmetro/Dimel n.º 201/2002, como se segue:

“1.5 - Dispositivo indicador:

Dispositivo indicador para instrumento de pesagem, eletrônico, digital (módulo de um IPNA), de modelo aprovado pelo Inmetro, conforme portaria de aprovação pertinente, com classe de exatidão **III** e com número máximo de valores de divisão de verificação $(n)_{\max}$ maior ou igual ao valor de “n” obtido da relação $(n = \text{Max}/e)$, do modelo de instrumento de pesagem (IPNA) a que se refere a presente portaria.”
(NR)

Art. 2º - Ficam convalidados os atos e as demais disposições com base na Portaria Inmetro/Dimel n.º 201/2002 e respectivos aditivos, anteriores à publicação da presente portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro