



Portaria Inmetro/Dimel n.º 115, de 10 de agosto de 2017.

O diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), no exercício da delegação de competência outorgada pela Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro;

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para termômetros clínicos digitais com dispositivo de máxima, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 89/2006;

E considerando o constante do Processo Inmetro n.º 52600.00029401/2016-65 e do sistema Orquestra n.º 781386, resolve:

Art. 1º - Aprovar os modelos MT1027, MT4320 e MT4625 de termômetro clínico digital, marca GAMA ITALY, destinado à medição de temperatura do corpo humano, e condições de aprovação a seguir especificadas:

1 REQUERENTE

Nome: Brasitech Indústria e Comércio de Aparelhos para Beleza Ltda.

Endereço: Rua Cipriano Barata, 1645, Ipiranga, São Paulo-SP, CEP 04205-001.

2 FABRICANTE

Nome: Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd.

Endereço: Building 2, n.º 202, Zhenzhong Road, West Lake, Economy & Technology Zone, Hangzhou 310030, China.

3 IDENTIFICAÇÃO DOS MODELOS

- a) Instrumento de medição: termômetro clínico digital fixo de dimensões reduzidas.
- b) Marca: GAMA ITALY.
- c) Modelos: MT1027, MT4320 e MT4625.
- d) Tipo de ponta: rígida (modelo MT1027) e flexível (modelos MT4320 e MT4625).

4 CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

- a) Intervalo de medição: 32,0 °C a 42,9 °C.
- b) Resolução: 0,1 °C.
- c) Classe de exatidão: II.
- d) Tipo de medição: equilíbrio térmico.





5 DESCRIÇÃO FUNCIONAL

Instrumento eletrônico digital composto por unidade indicadora, possuindo mostrador com tela de cristal líquido sem ampliação óptica, e conectada permanentemente a sonda de temperatura em um só corpo.

5.1 Dispositivo de autoverificação: rotina de inicialização do instrumento para checagem de funcionamento do mostrador, acionando momentaneamente todos os segmentos (188.8 e símbolos) e finalizando em modo de medição, com apresentação fixa de “Lo” e intermitência de “°C”.

5.2 Local de aplicação: axila, boca (sublingual) ou reto.

6 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS

Conforme documentação constante do Processo Inmetro n.º 52600.00029401/2016-65.

7 CONDIÇÕES PARTICULARES DE CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES

As embalagens dos modelos a que se refere a presente portaria devem portar as seguintes inscrições:

- a) Nome do fabricante: Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd.
- b) Nome do importador: Brasitech Indústria e Comércio de Aparelhos para Beleza Ltda.
- c) País de origem: China.
- d) Marca de aprovação de modelo.

8 ANEXOS

Anexo 01 – Vistas do termômetro clínico digital modelo MT1027.


Anexo 02 – Vistas do termômetro clínico digital modelo MT4320.

Anexo 03 – Vistas do termômetro clínico digital modelo MT4625.

Anexo 04 – Vistas do termômetro clínico digital modelo MT4625 com variações de tampa.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

RAIMUNDO ALVES DE REZENDE
Diretor de Metrologia Legal do Inmetro




Termômetro Clínico Digital Precision Care
 Modelo: MT-1027 Lote: XXXXX
 N° cadastro ANVISA: XXXXXXXXXXXX
 Importado por Brasitech Ind. Ltda.
 VALIDADE INDETERMINADA
 Fabricado na China por Hangzhou Sejoy CO. LTD.



cotas em: mm

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 115, DE 10 DE AGOSTO DE 2017.

	REQUERENTE: BRASITECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS PARA BELEZA LTDA.	
	VISTAS DO TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL MODELO MT1027	ANEXO 01




Termômetro Clínico Digital Precision Ultra
 Modelo: MT-4320 Lote: XXXXX
 N° cadastro ANVISA: XXXXXXXXXXXX
 Importado por Brasitech Ind. Ltda.
 VALIDADE INDETERMINADA
 Fabricado na China por Hangzhou Sejoy CO. LTD.



cotas em: mm

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 115, DE 10 DE AGOSTO DE 2017.

	REQUERENTE: BRASITECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS PARA BELEZA LTDA.	
	VISTAS DO TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL MODELO MT4320	ANEXO 02



Termômetro Clínico Digital Precision Kids
 Modelo: MT-4625 Lote: XXXXX
 N° cadastro ANVISA: XXXXXXXXXXXXX
 Importado por Brasitech Ind. Ltda.
 VALIDADE INDETERMINADA
 Fabricado na China por Hangzhou Sejoy CO. LTD.



cotas em: mm


DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 115, DE 10 DE AGOSTO DE 2017.




REQUERENTE:
 BRASITECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS PARA BELEZA LTDA.

VISTAS DO TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL
 MODELO MT4625

ANEXO 03



Termômetro Clínico Digital Precision Kids
 Modelo: MT-4625 Lote: XXXXX
 N° cadastro ANVISA: XXXXXXXXXXXX
 Importado por Brasitech Ind. Ltda.
 VALIDADE INDETERMINADA
 Fabricado na China por Hangzhou Sejoy CO. LTD.



cotas em: mm

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 115, DE 10 DE AGOSTO DE 2017.



REQUERENTE:
 BRASITECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS PARA BELEZA LTDA.

VISTAS DO TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL
 MODELO MT4625 COM VARIAÇÕES DE TAMPA

ANEXO 04