



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Portaria Inmetro/Dimel nº 211, de 2 de setembro de 2021.

(Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 236/2018)

O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - (INMETRO), no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, por meio da Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 8, de 22 de dezembro de 2016, do Conmetro;

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico de termômetros clínicos digitais, aprovado pela Portaria Inmetro nº 402/2019; e,

Considerando os elementos constantes do processo Inmetro n.º 0052600.006847/2021-75 e do sistema Orquestra nº 2011561, resolve:

Art. 1º Incluir os modelos HC078, HC079 e HC201 na Portaria Inmetro/Dimel nº 236, de 19 de dezembro de 2018, que aprova os modelos HC120 e HC121, de termômetro clínico digital, marca Multilaser.

Art. 2º Alterar o item 3 IDENTIFICAÇÃO DO MODELO da Portaria Inmetro/Dimel nº 236, de 19 de dezembro de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

“3 IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

Marca: Multilaser ou Fisher Price (NR)

Art. 3º - Incluir, no item 6 CONDIÇÕES PARTICULARES da Portaria Inmetro/Dimel nº 236/2018, a alínea e, com a seguinte redação:

(...)

e) Os termômetros serão comercializados em embalagem tipo blister, de acordo com ilustrações apresentadas nos anexos 03, 04, 08, 09 e 10 da presente portaria.” (NR)

Art. 4º - Incluir, no item 7 ANEXOS da Portaria Inmetro/Dimel nº 236/2018, os seguintes anexos:

(...)

Anexo 05 – Vistas do termômetro clínico digital modelo HC078.

Anexo 06 – Vistas do termômetro clínico digital modelo HC079.

Anexo 07 – Vistas do termômetro clínico digital modelo HC201.

Anexo 08 - Embalagem do termômetro clínico digital modelo HC078.

Anexo 09 - Embalagem do termômetro clínico digital modelo HC079.

Anexo 10 - Embalagem do termômetro clínico digital modelo HC201. (NR)

Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados e as demais disposições com base na Portaria Inmetro/Dimel nº 236 de 19 de dezembro de 2018, e seus respectivos aditivos, anteriores à publicação da presente portaria.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO
ART. 6º, § 1º, DO [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#) EM
03/09/2021, ÀS 13:47, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR


PERICELES JOSE VIEIRA VIANNA
Diretor da Diretoria de Metrologia Legal

A autenticidade deste documento pode ser conferida no
site
[https://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
informando o código verificador **1003248** e o código CRC
DA1AFBE7.



Diretoria de Metrologia Legal – Dimel
Divisão de Controle Legal de Instrumentos de Medição – Dicol
Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças, 50 – Xerém – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25250-020
Telefone: (21) 2679-9150 – e-mail: dicol@inmetro.gov.br

ANEXOS À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 211, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021.



Cotas em: mm


QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 236, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018



REQUERENTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A

VISTAS DO TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL MODELO HC078

ANEXO 5



Cotas em: mm


QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 236, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018



REQUERENTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A

VISTAS DO TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL MODELO HC079

ANEXO 6



Cotas em: mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 236, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018



REQUERENTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A

VISTAS DO TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL MODELO HC201

ANEXO 7



Cotas em: mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 236, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018



REQUERENTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A

EMBALAGEM DO TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL MODELO HC078

ANEXO 8



Cotas em: mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 236, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018



REQUERENTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A

EMBALAGEM DO TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL MODELO HC079

ANEXO 9



Cotas em: mm

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 236, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018



REQUERENTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A

EMBALAGEM DO TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL MODELO HC201

Apresentação de Portaria do Inmetro - Rev.04 - Publicado Out/2011 - Responsabilidade: Profe - Referência NIG-Profe-001