



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Portaria Inmetro/Dimel nº 213, de 12 de agosto de 2022.

(Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 170/2021)

O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - (INMETRO), no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, por meio da Portaria Inmetro nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de 2016, do Conmetro;

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para instrumentos de pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria Inmetro nº 157/2022; e,

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro nº 0052600.00795/2022-12 e do sistema Orquestra nº 2170959, resolve:

Art. 1º Incluir o modelo bc200w/2 na Portaria Inmetro/Dimel nº 170, de 2 de agosto de 2021, que aprova os modelos Bc200w e Bc200w/1, de instrumento de pesagem não automático, classe de exatidão III, marca PRIX.

Art. 2º Substituir a tabela 1 do item 4 "Características Metrológicas" da Portaria Inmetro/Dimel nº 170/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

Tabela 1– Características Metrológicas

Modelo	bc200w	bc200w/1	bc200w/2
Carga Máxima (Max)	15 kg	30 kg	32 kg
Valor de Divisão Real (d)	0,005 kg	0,01 kg	0,01 kg
Valor de Divisão de Verificação (e)	0,005 kg	0,01 kg	0,01 kg
Carga Mínima (Mín)	0,1 kg	0,2 kg	0,2 kg
Número de Valores de Divisão de Verificação (n)=Max/e	3000	3000	3200
Dimensões do Dispositivo Receptor de Carga	280 mm x 220 mm	280 mm x 220 mm	280 mm x 220 mm
Faixa de Temperatura	5 °C/35 °C	5 °C/36 °C	5 °C/35 °C
Classe de Exatidão	III	III	III
Valor da Tara	9,995 kg	9,99 kg	9,99 kg

(NR)

Art. 3º Alterar o item 5.2 "Outros Dispositivos" da Portaria Inmetro/Dimel nº 170/2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

- a) Dispositivo de retorno a zero inicial;
- b) Dispositivo de tara semi-automático do tipo subtrativo;
- c) Dispositivo de manutenção de zero;
- d) Dispositivo indicador de nível.

(NR)

Art. 4º Incluir os anexos 5, 6, 7 e 8 no item 7 "ANEXOS" da Portaria Inmetro/Dimel nº 170/2021, com a seguinte redação:

(...)

Anexo 5 - Vistas em perspectiva do modelo bc200w/2.

Anexo 6 - Vistas do display e teclado, lado do operador e lado do consumidor, modelo bc200w/2.

Anexo 7 - Vista inferior, com localização do plano de selagem, do modelo bc200w/2.

Anexo 8 - Vista da placa de identificação do modelo bc200w/2. (NR)

Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados e as demais disposições com base na Portaria Inmetro/Dimel nº 170, de 2 de agosto de 2021, e seus respectivos aditivos, anteriores à publicação da presente portaria.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO
ART. 6º, § 1º, DO [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#) EM
12/08/2022, ÀS 18:04, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

PERICELES JOSE VIEIRA VIANNA
Diretor da Diretoria de Metrologia Legal

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1289784** e o código CRC **70C9ED0A**.



Diretoria de Metrologia Legal – Dimel
Divisão de Controle Legal de Instrumentos de Medição – Dicol
Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças, 50 – Xerém – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25250-020
Telefone: (21) 2679-9150 – e-mail: dicol@inmetro.gov.br

ANEXOS À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 213, DE 12 DE AGOSTO DE 2022



Dispositivo indicador de nível


QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 170, DE 2 DE AGOSTO DE 2021



REQUERENTE: TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA

VISTAS EM PERSPECTIVA DO MODELO bc200w/2

ANEXO 5




QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 170, DE 2 DE AGOSTO DE 2021



REQUERENTE: TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA

VISTAS DO DISPLAY E TECLADO, LADO DO OPERADOR E LADO DO CONSUMIDOR, MODELO bc200w/2

ANEXO 6




QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 170, DE 2 DE AGOSTO DE 2021



REQUERENTE: TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA

VISTA INFERIOR, COM LOCALIZAÇÃO DO PLANO DE SELAGEM, DO MODELO bc200w/2

ANEXO 7

Fabricante: Zhongshan Camry Eletronic Co., Ltd.		
Requerente: TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA Rua Manoel Cremonesi, 01 - São Bernardo do Campo - SP - Brasil www.toledobrasil.com.br		
Modelo:	Mês/Ano:	Temperatura: 5°C/35°C
Série:	Consumo:	Port. Inmetro/Dimel nº:
Máx: kg	Min: kg	e=d= kg T=Max
		

QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 170, DE 2 DE AGOSTO DE 2021



REQUERENTE: TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA

VISTA DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO MODELO bc200w/2

ANEXO 8

Apresentação de Portaria do Inmetro - Rev.04 - Publicado Out/2011 - Responsabilidade: Profe - Referência NIG-Profe-001