



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Portaria de Retificação Inmetro/Dimel nº 241, de 6 de setembro de 2022.

Retifica, no Art. 1º da Portaria Inmetro/Dimel nº 212, de 12 de agosto de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 16 de agosto de 2022, página 50, seção 1, a Tabela 1 - Características Metrológicas:

(...)

Onde se lê:

Tabela 1 - Características Metrológicas

Modelo	BT2000/R-G
Nº de Valores de Divisão de Verificação (n)	10.000
Faixa de Temperatura	-10 °C / 40 °C

Leia-se:

Tabela 1 - Características Metrológicas

Modelo	BT2000/R	BT2000/S	BT2000/C	BT2000/I	BT2000/R-G
Nº de Valores de Divisão de Verificação (n)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Classe de Exatidão	III	III	III	III	III
Faixa de Temperatura	-10 °C / 40 °C	-10 °C / 40 °C	-10 °C / 40 °C	-10 °C / 40 °C	-10 °C / 40 °C



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO  
 ART. 6º, § 1º, DO [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#) EM  
 08/09/2022, ÀS 16:00, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

PERICELES JOSE VIEIRA VIANNA

Diretor da Diretoria de Metrologia Legal

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
[https://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0),  
 informando o código verificador **1311492** e o código CRC **CAA096E8**.



Diretoria de Metrologia Legal – Dimel  
 Divisão de Controle Legal de Instrumentos de Medição – Dicol  
 Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças, 50 – Xerém – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25250-020  
 Telefone: (21) 2679-9150 – e-mail: [dicol@inmetro.gov.br](mailto:dicol@inmetro.gov.br)