



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Portaria Inmetro/Dimel n.º 42, de 13 de março de 2023.

(Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel n.º 14/2015)

O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO), no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 08, de 22 de dezembro de 2016, do Conmetro;

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico que estabelece as diretrizes e requisitos gerais para o processo de avaliação de modelo, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 176/2021;

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para esfigmomanômetros de medição não invasiva aprovado pela Portaria Inmetro n.º 341/2021; e,

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro n.º 0052600.009398/2022-06 e do Sistema Orquestra n.º 2332811, resolve:

Art. 1º Alterar o item 2 FABRICANTE, da Portaria Inmetro/Dimel n.º 14, de 29 de novembro de 2015, que aprova o modelo BP-2206 de esfigmomanômetro eletrônico digital, marca Techline, que passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

2 FABRICANTE

Nome: Joytech healthcare CO., Ltd.

Endereço: No. 365, Wuzhou Road, Yuhang, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou, China

(NR)

Art. 2º Alterar o item 3 IDENTIFICAÇÃO DOS MODELOS da Portaria Inmetro/Dimel n.º 14, de 29 de novembro de 2015, com a inclusão de novas marcas, que passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

2 IDENTIFICAÇÃO DOS MODELOS

Instrumento de medição: esfigmomanômetro eletrônico digital

Marcas: Techline, Pague Menos e Caretech

Modelos: BP-2206 e BP-2208

Modo de pressurização: automático

País de origem: China

(NR)

Art. 3º Os esfigmomanômetros do modelo BP-2206 portando as novas marcas ora incluídas deverão apresentar as respectivas inscrições obrigatórias.

Art. 4º Incluir no item 9 ANEXOS da Portaria Inmetro/Dimel n.º 14, de 29 de novembro de 2015, os desenhos anexos à presente portaria, apresentados abaixo, com as novas vistas do modelo BP-2206.

(...)

9 ANEXOS

ANEXO 01 - Vista frontal (opcional) do manômetro eletrônico digital modelo BP-2206 marca Techline

ANEXO 02 - Vista frontal do manômetro eletrônico digital modelo BP-2206 marca Caretech

ANEXO 03 - Vista frontal do manômetro eletrônico digital modelo BP-2206 marca Pague Menos

ANEXO 04 - Vista lateral (opcional) do manômetro eletrônico digital modelo BP-2206

Art. 5º Ficam convalidados os atos praticados e as demais disposições com base na Portaria Inmetro/Dimel n.º 14, de 29 de novembro de 2015 e respectivos aditivos, anteriores à publicação da presente Portaria.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO
ART. 6º, § 1º, DO [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#) EM
13/03/2023, ÀS 18:18, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

MARCELO LUIS FIGUEIREDO MORAIS

Diretor da Diretoria de Metrologia Legal, Substituto(a)


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1465586** e o código CRC **92CCC2A3**.



Diretoria de Metrologia Legal – Dimel
Divisão de Controle Legal de Instrumentos de Medição – Dicol
Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças, 50 – Xerém – Duque de Caxias – RJ – CEP: 25250-020
Telefone: (21) 2679-9150 – e-mail: dicol@inmetro.gov.br

ANEXOS À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 42, DE 13 DE MARÇO DE 2023.




QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 42, DE 13 DE MARÇO DE 2023.



FABRICANTE: JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD.

VISTA FRONTAL (OPCIONAL) DO
MANÔMETRO ELETRÔNICO DIGITAL MODELO BP-2206 MARCA TECHLINE

ANEXO 1




QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 42, DE 13 DE MARÇO DE 2023.



FABRICANTE: JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD.

VISTA FRONTAL DO
MANÔMETRO ELETRÔNICO DIGITAL MODELO BP-2206 MARCA CARETECH

ANEXO 2



QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 42, DE 13 DE MARÇO DE 2023.

FABRICANTE: JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD.



VISTA FRONTAL DO
MANÔMETRO ELETRÔNICO DIGITAL MODELO BP-2206 MARCA PAGUE MENOS


ANEXO 3

MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL BP-2206
 Lote N°: XXXXX
 Faixa de medição: de 30-280mmHg
 Data Fab.: XX / XX / XXXX
 País de Origem: China
 Pilhas Alcalinas (AAA) 1.5V IP.20
 Reg. ANVISA: xxxxxxxxxxxxx
 Circunferência do Pulso:
 min.13,5 / max. 21,5 cm
Fabricante:
 Joytech Healthcare Co.,Ltd.

INMETRO
 ML
 XXX
 XXXX

FL04/00C
 000000010 N. Série: XXXXXXXX

IMPORTADO POR:
techline
 www.techline.com.br
sac
 São Paulo:
 11 3478-1620
 Outras localidades:
 0800 555 7510



QUADRO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 42, DE 13 DE MARÇO DE 2023.



FABRICANTE: JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD.

VISTA LATERAL (OPCIONAL) DO
 MANÔMETRO ELETRÔNICO DIGITAL MODELO BP-2206

ANEXO 4

Apresentação de Portaria do Inmetro - Rev.04 - Publicado Out/2011 - Responsabilidade: Profe - Referência NIG-Profe-001