



Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Portaria n.º 411, de 5 de agosto de 2024.

(Aditivo à
Portaria
Inmetro/Dimel
n.º 179/2018)

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelo artigo 4º, § 2º, da Lei n.º 5.966, de 11 de dezembro de 1973, combinado com o disposto nos artigos 18, inciso XI, do Anexo I ao Decreto n.º 11.221, de 05 de outubro de 2022, e 105, inciso XI, do Anexo à Portaria n.º 2, de 4 de janeiro de 2017, do então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, bem como a Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e a Portaria Inmetro n.º 436, de 02 de outubro de 2023;

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para esfigmomanômetros de medição não invasiva, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 341/2021; e

Considerando os elementos constantes do Processo Inmetro n.º 0052600.000588/2024-11 e do Sistema Orquestra n.º 2774426, **resolve**:

Art. 1º Alterar o item 2 Fabricante, da Portaria Inmetro/Dimel n.º 179, de 22 de outubro de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

2 FABRICANTE

Nome: Joytech Healthcare Co. Ltd.

Endereço: Nº 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, 311100, Hangzhou, China. (NR)

Art. 2º Incluir o modelo DAAZ-ED101, marca DAAZ, de esfigmomanômetro eletrônico automático, na Portaria Inmetro/Dimel n.º 179, de 22 de outubro de 2018.

Parágrafo único - O modelo DAAZ-ED101 detém a mesma aparência do modelo RM-ED0602A.

Art. 3º Substituir os desenhos dos anexos 2 e 4 do item 7 Anexos, da Portaria Inmetro/Dimel n.º 179, de 22 de outubro de 2018, pelos desenhos anexos a presente portaria, mantendo a legenda original:

(...)

Anexo 2 - Modelo de Etiqueta do Manômetro do Esfigmomanômetro Digital Modelo RM-ED0602A

Anexo 4 - Modelo de Etiqueta da braçadeira do Esfigmomanômetro Digital Modelo RM-ED0602A.

Art. 4º Ficam convalidados os atos praticados e as demais disposições com base na Portaria Inmetro/Dimel n.º 179, de 22 de outubro de 2018 e respectivos aditivos, anteriores à publicação da presente Portaria.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO
ART. 6º, § 1º, DO [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#) EM
14/08/2024, ÀS 16:11, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

MARCIO ANDRE OLIVEIRA BRITO

Presidente

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador **1869884** e o código CRC
B8110EC4.



ANEXOS À PORTARIA N.º 411, DE 5 DE AGOSTO DE 2024

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>48 mm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>16 mm</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 90%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> <p>MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL RM-ED0602A ou DAAZ-ED101</p> <p>Lote N.º: XXXXXXXX</p> <p>Intervalo de medição: 5-300 mmHg</p> <p>Pulsação: de 30-180 batimentos/min</p> <p>Data Fab.: XX/XX/XXXX</p> <p>País de Origem: China</p> <p>2 Pilhas Alcalinas (AAA) -1.5V IP22</p> <p>Circunferência de Punho: 13.5cm / max. 21.5cm</p> <p>Reg. ANVISA: 81017930003</p> </td> <td style="width: 40%; padding: 5px; text-align: center;"> ML XXX XX/XX/XX Fabricante: Joytech Healthcare Co., Ltd. No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, 311100, Hangzhou, China </td> </tr> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">N. Série XXXXXXXXXX</p> </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> <p>IMPORTADO POR:</p> <p>Relaxmedic</p> <p>suporte@gruporelaxmedic.com.br (11) 3393-3688</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> </td> </tr> </table> </div> | | <p>MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL RM-ED0602A ou DAAZ-ED101</p> <p>Lote N.º: XXXXXXXX</p> <p>Intervalo de medição: 5-300 mmHg</p> <p>Pulsação: de 30-180 batimentos/min</p> <p>Data Fab.: XX/XX/XXXX</p> <p>País de Origem: China</p> <p>2 Pilhas Alcalinas (AAA) -1.5V IP22</p> <p>Circunferência de Punho: 13.5cm / max. 21.5cm</p> <p>Reg. ANVISA: 81017930003</p> | ML XXX XX/XX/XX Fabricante: Joytech Healthcare Co., Ltd. No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, 311100, Hangzhou, China | <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">N. Série XXXXXXXXXX</p> | <p>IMPORTADO POR:</p> <p>Relaxmedic</p> <p>suporte@gruporelaxmedic.com.br (11) 3393-3688</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> |
| <p>MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL RM-ED0602A ou DAAZ-ED101</p> <p>Lote N.º: XXXXXXXX</p> <p>Intervalo de medição: 5-300 mmHg</p> <p>Pulsação: de 30-180 batimentos/min</p> <p>Data Fab.: XX/XX/XXXX</p> <p>País de Origem: China</p> <p>2 Pilhas Alcalinas (AAA) -1.5V IP22</p> <p>Circunferência de Punho: 13.5cm / max. 21.5cm</p> <p>Reg. ANVISA: 81017930003</p> | ML XXX XX/XX/XX Fabricante: Joytech Healthcare Co., Ltd. No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, 311100, Hangzhou, China | | | | |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">N. Série XXXXXXXXXX</p> | <p>IMPORTADO POR:</p> <p>Relaxmedic</p> <p>suporte@gruporelaxmedic.com.br (11) 3393-3688</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> | | | | |
| <p>QUADRO ANEXO À PORTARIA N.º</p> | | | | | |
| | <p style="text-align: center;">REQUERENTE: RELAXMEDIC IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.</p> <p style="text-align: center;">Modelo de Etiqueta do Manômetro do Esfigmomanômetro Digital Modelo RM-ED0602A.</p> | | | | |
| <p>ANEXO 2</p> | | | | | |

| | |
|------------------------------------|--|
| | |
| <p>QUADRO ANEXO À PORTARIA N.º</p> | |
| | <p>REQUERENTE: RELAXMEDIC IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.</p> |
| | <p>Modelo de Etiqueta da braçadeira do Esfigmomanômetro Digital Modelo RM-ED0602A.</p> |
| <p>ANEXO 4</p> | |

Apresentação de Portaria do Inmetro - Rev.04 - Publicado Out/2011 - Responsabilidade: Profe - Referência NIG-Profe-001