



Teresópolis - RJ

11 a 13 de Novembro



NIE-Dimel-090

Marcelo Luís Figueiredo Moraes

Chefe da Divisão de Controle Legal de Instrumentos de Medição (Dicol)



Teresópolis - RJ


11 a 13 de Novembro



Contextualização

Dicol


Unidade responsável, entre outras coisas, pela gestão dos processos de aprovação de modelo.





Teresópolis - RJ

11 a 13 de Novembro



Produto do processo

Portaria de aprovação de modelo/modificação/inclusão de modelos



ML

HH

DD/MM/AA

A estrutura e a apresentação destas portarias é definida pela **NIE-Dimel-090**



Teresópolis - RJ


11 a 13 de Novembro



Alguns problemas

- Pouca harmonização dos documentos
- Falta de clareza sobre as informações necessárias (algumas portarias)
- Excesso de correções de conteúdo
- Frequente necessidade de retificações

Objetivos



- Maior clareza dos documentos
- Definição objetiva das informações necessárias para cada instrumento
- Redução do número de modificações e inclusões de modelo
- Desenvolver um modelo específico para cada instrumento



Teresópolis - RJ

11 a 13 de Novembro



Qual o papel da RBMLQ-I
neste projeto?





Teresópolis - RJ

11 a 13 de Novembro



- As portarias são fundamentais para a execução de verificações (especialmente as iniciais) e ações de supervisão **executadas pela RBMLQ-I**

- Importante fonte de feedback do processo



Teresópolis - RJ

11 a 13 de Novembro



Ações que serão executadas pela Dicol

- ✓ Articulação com as áreas técnicas da Dimel para a definição das informações que devem constar nas PAM
- ✓ Identificar com a RBMLQ-I os principais problemas das PAM emitidas atualmente
- ✓ Identificar com a RBMLQ-I quais as informações fundamentais para a execução de uma verificação inicial



Teresópolis - RJ

11 a 13 de Novembro




- ✓ Apresentar proposta de novo modelo de PAM
- ✓ Buscar formas de automatizar a atividade

Prazo desejado: próximo encontro técnico (abril/2015)



Teresópolis - RJ

11 a 13 de Novembro



Dúvidas RBMLQ-I



Teresópolis - RJ

11 a 13 de Novembro



- ✓ **Solicitação de Verificação Inicial:** Qual o procedimento que devemos adotar quando um fabricante ou importador com portaria de aprovação de modelo registrado em um determinado estado, solicita que a verificação inicial seja realizada em um estado diferente do registrado na portaria de aprovação, ou seja, pede que a verificação seja realizada em uma filial e/ou laboratório terceirizado.

- A verificação inicial só pode ser solicitada pelo requerente da aprovação de modelo (normalmente fabricante ou importador)
- O serviço pode ser executado nas dependências de terceiros, porém sob responsabilidade do requerente.
- Cobrança e demais procedimentos administrativos aplicados ao requerente.



Teresópolis - RJ

11 a 13 de Novembro



NIE 14 balanças reparadas: Caso um instrumento seja apresentado ou encaminhado para reparos pelo detentor e a etiqueta de verificação for de exercício anterior, a oficina pode consertar o instrumento, uma vez que o instrumento não foi apresentado para verificação pelo INMETRO? Procede autuação para o detentor e para a oficina?

- A oficina pode e deve realizar o conserto e proceder normalmente.
- Não há motivo para autuação da oficina.
- No caso do detentor, depende do instrumento e do motivo da não realização da verificação.



Teresópolis - RJ

11 a 13 de Novembro



OBRIGADO!

Marcelo Morais

mlmorais@inmetro.gov.br

dicol@inmetro.gov.br

Tel: (21) 2679-9150