

Comitê Pré-medidos – SGI

Cintia Lé – BA – Coordenadora

Angela Cadette –MG

Janete Mafra – RS

Ivanildo Barros – AM

Paulo Felipe – GO

Sergio Camargo – PR

Tatiana Martini – RS

Vilma Raimondi - SP

Encontro Técnico Dimel - RBMLQ-I

Comitê Pré-medidos – SGI

Trabalhos realizados em 2014:

- Melhoria nos relatórios de gestão;
- Validação das planilhas no SGI GásLp, sabão e sabonete em barra;
- Auditoria no Sistema – Revisão dos relatórios gerenciais;
- Sistema Móvel Linux implantação;
- Monitoramento do sistema nos Estados, nos meses de Outubro e Novembro 2014;
- Conexão de balanças com laptop, em todo o Brasil até 28/11/2014 (bloqueio para digitação a partir de 01/12/2014);

Encontro Técnico Dimel - RBMLQ-I

Comitê Pré-medidos – SGI

REGIÃO NORTE	STATUS
Amazonas	OK(Sartorius e Lider)
Amapá	EM ANDAMENTO (balanças novas aguardando conexão, previsão até dia 19/11)
Acre	EM ANDAMENTO (balança foi enviada pela Surr-Go, será conectada até dia 14/11)
Pará	OK (Sartorius e Lider)
Roraima	Balança Sartorius de lab. Em manutenção (previsão de entrega até dia 25/11) e uma de campo, está sendo verificada a interface pela TI do Ipem-Am-prazo para entrega até dia 19/11).
Rondônia	OK (Lider)
Tocantins	PENDENTE (Prazo dia 26/11)

Encontro Técnico Dimel - RBMLQ-I

Comitê Pré-medidos – SGI

REGIÃO NORDESTE	STATUS
Sergipe	kn Waagen conectada, AND – problemas de conexão, atedendo parcialmente
Pernambuco	PENDENTE (Sartorius não conectando, Lider em teste)
Alagoas	OK (KN Waagen,)
Ceará	PENDENTE (Testando os laptops conectados a balanças Kn Waagen, previsão até 21/11)
Piauí	PENDENTE (Sartorius não conectada no laboratório, providenciando cabo para conexão. Em campo, AND não conecta, necessário articular uma balança para conexão)
Paraíba	PENDENTE (Sartorius não conectada no laboratório – balança antiga- providenciando conexão, Lider necessário realizar conexão, previsão dia 21/11).
Maranhão	PENDENTE (Aguardando balanças novas – digitron não conecta, previsão dia 18/11).
Rio Grande do Norte	OK – (Lider conectada, verificar a possibilidade de conexão da balança no lab.)
Bahia	OK (Digimed e Sartorius)

Encontro Técnico Dimel - RBMLQ-I

Comitê Pré-medidos – SGI

REGIÃO CENTRO-OESTE	STATUS
Goiás	OK (Lider,Sartorius, Digimed, Kn waagen e Ohaus)
Mato Grosso	OK (Digimed)
Mato Grosso do Sul	OK (Digimed e Kn Waagen)
REGIÃO SUDESTE	STATUS
Minas Gerais	OK (Sartorius)
Espirito Santo	OK (Toledo)
Rio de Janeiro	PENDENTE (Sartorius no lab. Está conectado. Em campo; Sartorius pma – providenciando conexão, previsão dia 21/11)
São Paulo	PENDENTE

Encontro Técnico Dimel - RBMLQ-I

Comitê Pré-medidos – SGI

REGIÃO SUL	STATUS
Rio Grande do Sul	OK (Campo- Digimed, Lab. – Ohaus, Sartorius e Mettler –Toledo.)
Paraná	Digimed em teste, balanças antigas (em andamento), pendente A conexão da balança sartorius.
Santa Catarina	PENDENTE (Sartorius não conectada no laboratório providenciando conexão. Em campo, Kn Waagen – duas balanças conectadas – quatro sem conexão - providenciando conexão, Lider – uma balança conectada, previsão dia 18/11)

Encontro Técnico Dimel - RBMLQ-I

Comitê Pré-medidos – SGI

Balanças já conectadas na RBMLQ_I

- Lider – Amazonas – Ivanildo (92) 36633087 / Goiás – Paulo Felipe (62) 3237 3512, 8524 4354, 9977 1451;
- Kn Waagen – Alagoas – Adeilton (82) 3218 9122/ Goiás – Paulo Felipe;
- Sartorius 35 kg – Bahia – Cintia (71) 3116 3054/ Minas Gerais – Angela (31) 3399 7128;
- Sartorius pma 7500g – Goiás – Paulo Felipe;
- Digimed – Bahia – Cintia / Mato Grosso do Sul – Eder (67) 3327 5780/ 3327 5781.

Encontro Técnico Dimel - RBMLQ-I

Comitê Pré-medidos – SGI

Sugestões de melhorias:

- Verificação da balança com seu respectivo registro no SGI;
- Profissional de TI com disponibilidade para auxiliar no atendimento das demandas da área de pré-medidos;
- Controle de documentos via SGI;
- Atualização relatório “Horário de laptop”, conforme coletor;
- Interação com outras áreas: Jurídico, Qualidade;

Comitê Pré-medidos – SGI

DESAFIOS 2015

- Relatórios de inteligência;
- Elaborar procedimentos do SGI – avaliação preliminar / massas desiguais/ formais / fábricas, bem como, disponibilizar o módulo no SGI móvel;
- Disponibilidade para exame de pescado congelado no sistema móvel (laptop);
- Disponibilidade de portarias, procedimentos (nie's e nit's) e ofícios circulares, para consulta em campo.

Comitê Pré-medidos – SGI

- Comunicação



Encontro Técnico Dimel - RBMLQ-I

Comitê Pré-medidos – SGI

Obrigado !!!

comiteppmgrupo@inmetro.rs.gov.br

comiteppm@inmetro.rs.gov.br

Encontro Técnico Dimel - RBMLQ-I